



Material suplementario

Resultado del cierre incompleto de defecto tipo Gerbode con coil Nit-Occlud Lê VSD: hemolisis grave que precisa reintervención

LEYENDAS DE LOS VÍDEOS

Vídeo 1A. Defecto tipo Gerbode en ecocardiograma transesofágico: cortocircuito entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha. Regurgitación tricuspídea significativa.

Vídeo 1B. Defecto tipo Gerbode en ventriculografía: chorro importante entre el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la aurícula derecha.

Vídeo 2A. Resultado tras la colocación del primer dispositivo.

Vídeo 2B. Resultado final del primer procedimiento tras liberar ambos dispositivos.

Vídeo 3A. Estado del defecto residual en segundo procedimiento: similar al observado al final del primer procedimiento.

Vídeo 3B. Colocación del dispositivo Amplatzer VSD: aún persiste ligero cortocircuito.

Vídeo 3C. Resultado final del segundo procedimiento: mínimo cortocircuito por ventriculografía.

Vídeo 3D. Resultado final en ecocardiograma: regurgitación tricuspídea, sin datos de cortocircuito residual.